



**POLSKA AKADEMIA NAUK
INSTYTUT PALEOBIOLOGII**

im. Romana Kozłowskiego

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

phone: (4822) 697-88-50; fax: (4822) 620-62-25

e-mail address: paleo@twarda.pan.pl; <http://www.paleo.pan.pl>

Warszawa, 26.10.2011r.

Działając na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) odpowiadamy na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę mikrotomografu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem dla Instytutu Paleobiologii PAN:

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikrotomografu rentgenowskiego z detektorem 12 bitowym (§1 pkt.1)?

Odpowiedź:

Zapis w §1 SIWZ :

„Urządzenie powinno się charakteryzować następującymi parametrami technicznymi i warunkami ogólnymi nie gorszymi niż:

- detektor: 16 bitowy”.

Zapytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie min. 2 dostaw mikrotomografów rentgenowskich do jednostek naukowych lub badawczych, o wartości co najmniej 900 000 PLN brutto każdy (§3 pkt.2)?

Odpowiedź:

Zapis w §3 pkt.2 SIWZ :

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą min. 2 dostawy mikrotomografów rentgenowskich do jednostek naukowych lub badawczych, o wartości co najmniej 1 000 000 PLN każdy.”

Z poważaniem,

dr hab. Jarosław Stolarski
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie

